

PARI COMPACT

- Kompressor in gewohnter PARI Qualität
- Mit bewährtem PARI LC PLUS® Vernebler, Mundstück und Kindermaske
- Einfache Handhabung



PARI – seit vielen Jahrzehnten Synonym für Inhalationstherapie – wurde als „Marke des Jahrhunderts“ ausgezeichnet.

AUF EINEN BLICK!



PARI COMPACT
mit PARI LC PLUS Vernebler,
Mundstück und Kindermaske

Bestell-Nr.: 052G1000
PZN: 03852324
Hilfsmittel-Nr.: 14.24.01.0070



+ Für Babys und Kleinkinder:

PARI Baby Set COMPACT/BASIC
PARI BABY Maske Größe 2 und
BABY Winkel für ca. 1–3 Jahre

Bestell-Nr.: 041G0706
PZN: 09727229

PARI COMPACT
ist in Deutschland
verordnungs- und
erstattungsfähig –
im Rahmen der
meisten Hilfsmittelver-
träge aufzahlungsfrei.



Für den jährlichen Austausch:

PARI COMPACT Year Pack
PARI LC PLUS Vernebler, Mundstück
universell, Anschlussschlauch und
Filter für PARI Kompressor Typ 052

Bestell-Nr.: 022G5210
PZN: 09285375
Hilfsmittel-Nr.: 14.99.99.1038



PARI GmbH
Moosstraße 3
82319 Starnberg, GERMANY
Tel.: +49 (0)8151 279 0
Fax: +49 (0)8151 279 101
E-Mail: info@pari.de
www.pari.com

052D0033-2018-12



PARI COMPACT

VERNEBLERTHERAPIE

BEWÄHRT IN DER INHALATIONSTHERAPIE VON
ERKRANKUNGEN DER UNTEREN ATEMWEGE

Tipps zur Verneblung und Hygiene

www.pari.com

TIPPS ZUR INHALATION

1. Waschen Sie sich vor jeder Inhalation gründlich die Hände.




2. Ziehen Sie das Einatemventil vom Vernebler ab.




3. Füllen Sie die Inhalationslösung ein.



4. Setzen Sie das Einatemventil und Mundstück oder Maske auf. Bei Verwendung einer Maske lesen Sie bitte die Vernebler-Gebrauchsanweisung



5. Verbinden Sie Vernebler und Kompressor mit den Anschlusschlauch. Schließen Sie den Kompressor an das Stromnetz an.



6. Setzen Sie sich aufrecht und entspannt hin und schalten Sie das Gerät ein.



7. Nehmen Sie das Mundstück zwischen die Zähne und umschließen Sie es mit den Lippen.




8. Atmen Sie langsam und tief durch das Mundstück bzw. die Maske ein. Atmen Sie nach einer kurzen Atempause langsam und vollständig aus. Am Ende der Inhalation signalisiert ein verändertes Geräusch am Vernebler, dass das Medikament aufgebraucht ist.



9. Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Vernebler vom Schlauch ab. Zum Trocknen des Schlauches schalten Sie das Gerät wieder ein.



10. Ziehen Sie den Netzstecker zur vollständigen Trennung vom Netz.



TIPPS ZUR HYGIENE

1. Zerlegen Sie den Vernebler nach jedem Gebrauch und **reinigen** Sie ihn in warmem Leitungswasser und Spülmittel. Spülen Sie die Einzelteile gründlich unter fließendem Wasser.



2. **Desinfizieren** Sie die Einzelteile des Verneblers einmal täglich in einer ausreichenden Menge kochendem Wassers für 5 Minuten. Oder Sie desinfizieren die Einzelteile in einem thermischen Desinfektionsgerät (z. B. für Babyflaschen) für mindestens 6 Minuten.



3. Lassen Sie die Vernebler-Einzelteile nach jeder Reinigung und/oder Desinfektion auf einem trockenen, fusselfreien Tuch **trocknen**.



4. **Bewahren** Sie die Teile an einem trockenen, staubfreien Ort auf.



5. Vernebler, Anschlusschlauch und Luftfilter sollten jährlich **ausgetauscht** werden. Diese Bestandteile sind in den **PARI Year Packs** enthalten, welche im Fachhandel erhältlich sind. Bei gegebenenfalls nicht reinigbarer Verschmutzung oder Beschädigung früher erneuern.



Kurzleitfaden
Details bitte in der
Gebrauchsanweisung
nachlesen und beachten.