Muranaka

PARI ボーイPro
PARI ボーイJunior

PARI Authorized Distributor

YN05

PARI ボーイPro

下気道疾患の治療に適したエアロゾルを生成するジェット式ネブライザーです。

- 炎症部位に効率よく薬剤を届けます。
- 2.5mLの薬剤を約5分で吸入できます。※2
- シンプルなデザインでお手入れが簡単です。
- 小児から大人まで使用可能です。

4年保証
（コンプレッサーのみ）

注文コード	M23-001-24
品　番	130G1012
標準価格	¥36,000

吸入器仕様

電　源	AC100V 50-60Hz
流　量	5L/分
重　量	約1.7kg
サイズ	約W18.5×D15×H13㎝
保証期間	4年（コンプレッサーのみ）

一般医療機器
届出番号：27B1X00024000416
一般的名称：非加熱式ネブライザ
販　売　名：PARI ボーイPro

エアロゾルの特性

インサート	青	赤
分時噴霧量※1	600㎎/分	450㎎/分
分時粒子噴霧量※2	0.16mL/分	0.10mL/分
形状基準偏差※2	2.24	2.00
粒子径中央値MMAD※2	3.8μm	2.8μm
5μm以下の粒子質量の比率※2	61.9%	79.6%
分時5μm以下粒子噴霧量※2	99μL/分	80μL/分

※1〈測定条件〉
使用電源：100V 60Hz
使用吸入器：PARI ボーイPro
試験液：0.9%生理食塩水（5mL）
室温：23℃、湿度：50%
測定装置：Malvern社　Master Sizer X
分時平均吸気流量：20L/分

※2 ISO 27427:2013の測定条件に基づいて実施

標準セット内容

● 吸入器本体　● PARI LCスプリントネブライザー（インサート 青）　● インサート 赤　● PARI 送気ホース
● PARI マウスピース（呼気バルブ付）　● PARI 噴霧ボタン　● PARI 小児用ソフトマスク

★未梢気道または生後1ヶ月の乳児や未熟児に適した最小粒子径で、気道過敏性試験にも適しています。
（インサートのみの販売はございません）

PARI LCスプリントネブライザーの特長

- オートクレーブ滅菌可能
- 吸気型ネブライザー
- 下気道治療に適した5μm以下の粒子の高い比率
- バルブシステムによりエアロゾルのロスを抑制
- 豊富なアクセサリーで吸入治療をカスタマイズ
- 部品が少なく組立や洗浄が簡単

PARI LCスプリントネブライザーは、二つのバルブシステムが吸気時にエアロゾルの発生量を増加し、呼気時にエアロゾルのロスを抑制する吸気型ネブライザーです。
色の違うインサートによってサイズの違う粒子が発生します。

インサート青

※インサート青はネブライザー

PARI ボーイJunior

新生児から小児までの下気道疾患の治療に適したエアロゾルを生成するジェット式ネブライザーです。

- 2.5mLの薬剤を約7分で吸入できます。※2
- マスクの向きに角度をつけるコネクタが付属しているので、横になって寝ている状態でも吸入が可能です。
- 乳幼児向けです。

標準セット内容

● 吸入器本体 ● PARI LCスプリントジュニア(インサート 黄) ● インサート 赤 ● PARI 送気ホース
● PARI マウスピース(呼気バルブ付) ● PARI フレンズ(ゾウ) ● PARI ベビーマスク(中) ● PARI ベビーベント

★末梢気道または生後1ヶ月の乳児や未熟児に適した最小粒子径で、気道過敏性試験にも適しています。
(インサートのみの販売はございません)

4年保証
(コンプレッサーのみ)

注文コード	M23-001-25
品　番	130G1312
標準価格	¥39,000

吸入器仕様

電　源	AC100V 50-60Hz
流　量	5L/分
重　量	約1.7kg
サイズ	約W18.5×D15×H13㎝
保証期間	4年(コンプレッサーのみ)

一般医療機器
届出番号：27B1X00024000417
一般的名称：非加熱式ネブライザ
販　売　名：PARI ボーイJunior



PARI LCスプリントネブライザー

PARI LCスプリントジュニア

インサート黄

ーに取り付けられています。

※インサート黄はネブライザーに取り付けられています。

エアロゾルの特性

インサート	黄	赤
分時噴霧量※1	369mg/分	300mg/分
分時粒子噴霧量※2	0.16mL/分	0.10mL/分
形状基準偏差※2	2.11	2.00
粒子径中央値MMAD※2	3.1μm	2.8μm
5μm以下の粒子質量の比率※2	73.3%	79.6%
分時5μm以下粒子噴霧量※2	117μL/分	80μL/分

※1(測定条件)
使用電源：100V 60Hz
使用吸入器：PARI ボーイJunior
試験液：0.9%生理食塩水(5mL)
室温：23℃、湿度：50%
測定装置：Malvern社　Master Sizer X
分時平均吸気流量：12L/分

※2 ISO 27427:2013の測定条件に基づいて実施

滅菌・消毒

- 煮沸消毒(5分以上)、オートクレーブ滅菌(134℃/3〜5分)
- ポリプロピレン樹脂に適した消毒液による消毒

インサート 青
成人、小児の中枢気道に適した標準粒子径

インサート 黄
小児、乳児の中枢気道に適した小粒子径

インサート 赤
末梢気道または生後1か月の乳児や未熟児に適した最小粒子径

インサート 橙
気管切開手術後の吸入療法に使用します

PARI LCスプリントネブライザー
送気ホース無
M23-001-27

PARI LCスプリントジュニア
送気ホース無
M23-001-28

PARI LCスプリントイヤーパック
M23-001-26

PARI LCスプリントトラケオ
トラケオアダプター付
M23-001-32

PARI LCスプリントトラケオ
トラケオマスク付
M23-001-33

別…別売品　補…補充品

商品名	注文コード	品　番	標準価格	Pro	Junior
PARI LCスプリントネブライザー 送気ホース無*	M23-001-27	023G6001	¥5,700	補	別
PARI LCスプリントジュニア 送気ホース無*	M23-001-28	023G6003	¥5,800	別	補
PARI LCスプリントイヤーパック*	M23-001-26	023G3011	¥8,000	別	別
PARI LCスプリントトラケオ トラケオアダプター付*	M23-001-32	023G1081	¥9,700	別	別
PARI LCスプリントトラケオ トラケオマスク付*	M23-001-33	023G1091	¥9,700	別	別
PARI 送気ホース1.2m(吸入器用)	M23-005-13	041G4591	¥2,200	補	別
PARI 送気ホース2.1m(吸入器用)	M23-004-47	041G4587	¥2,200	別	補
PARI エアーフィルター Pro/Junior用	M23-004-49	041G1002	¥800	補	補
PARI エアーフィルター,ホルダー付 Pro/Junior用	M23-004-80	041G1003	¥1,700	補	補
PARI フィルター・バルブセット	M23-004-36	041G0500	¥5,500	別	別
PARI ペップSシステム**	M23-004-91	018G4000	¥9,600	別	別
PARI キャリングケース	M23-004-51	085E1100	¥10,600	別	別
PARI 唾液トラップ	M23-004-35	041G0530	¥1,500	別	別
PARI 噴霧ボタン	M23-004-32	022G1000	¥2,700	補	別
PARI スマートマスク	M23-004-28	041G0730	¥12,000	別	別
PARI 大人用ソフトマスク	M23-004-29	041G0740	¥2,200	別	別
PARI 小児用ソフトマスク(くるリン)	M23-004-30	041G0741	¥2,200	補	別
PARI ベビーマスク(新生児用)ベビーベント付	M23-004-22	041G0700	¥6,300	別	別
PARI ベビーマスク(小)0〜1歳 ベビーベント付	M23-004-23	041G0701	¥6,300	別	別
PARI ベビーマスク(中)1〜3際 ベビーベント付	M23-004-24	041G0702	¥6,300	別	補
PARI ベビーマスク(大)3歳以上 ベビーベント付	M23-004-25	041G0703	¥6,300	別	別
PARI ベビーベント	M23-004-21	041E0701	¥1,300	別	補
PARI フレンズ(シール無)	M23-004-96	022G7036	¥1,600	別	補
PARI フレンズ・シール(ゾウ)	M23-004-98	022D0046	¥250	別	補







* 一般医療機器
届出番号：27B1X00024000317
一般的名称：非加熱式ネブライザ
販　売　名：PARI ネブライザー

** 一般医療機器
届出番号：27B1X00024000325
一般的名称：非能動型呼吸運動訓練装置
販　売　名：PARI ペップSシステム

※本カタログの表示価格は、メーカー希望小売価格で消費税は含んでおりません。
※印刷の都合上、質感や色が実際の商品と異なる場合があります。
※本カタログに掲載の仕様・形状・価格などは、改良などの理由により、予告なしに変更することがあります。

Muranaka MEDICAL INSTRUMENTS Co., Ltd.
村中医療器 株式会社
http://www.muranaka.co.jp/

本　　社　〒540-0036 大阪府大阪市中央区船越町 2-3-6　☎06-6943-1221(大代)　FAX06-6947-5360
総合センター　〒594-1157 大阪府和泉市あゆみ野 2-8-2　☎0725-53-5541(代)　FAX0725-53-5641
東京支店 ☎03-3813-9211(代) FAX03-3813-9217　村中船越ビル ☎06-6943-1431(代) FAX06-6941-7121
札幌営業所 ☎011-737-9121(代) FAX011-737-9122　近畿営業所 ☎050-2018-3372(代) FAX0725-53-5643
仙台営業所 ☎022-274-7780(代) FAX022-271-8448　北大阪営業所 ☎06-6386-0003(代) FAX06-6386-0006
埼玉営業所 ☎048-844-3500(代) FAX048-844-3501　米子営業所 ☎0859-33-6231(代) FAX0859-33-7930
金沢営業所 ☎050-2018-1030(代) FAX076-239-2005　広島営業所 ☎082-532-1800(代) FAX082-233-8818
名古屋営業所 ☎052-709-7111(代) FAX052-709-7116　福岡営業所 ☎092-473-0123(代) FAX092-474-1363